



**งานมหกรรมคุณภาพ  
(Quality Conference) ครั้งที่ 30**  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

**30 ปี สู่เส้นทางรามาคุณภาพ  
ด้วย Flexperience**

## ชื่อเรื่อง ■ ป้ายชื่อสื่อรัก

**ผู้นำเสนอ ■ นางสาวฝน ศาลา นางกาญจนา พิราณรัมย์**

**งาน/ภาควิชา ■ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี**

### ที่มาและเหตุผล

สภาพการทำงานเดิม ในการรับล้างเครื่องมือของห้องผ่าตัดต่าง ๆ นั้นเจ้าหน้าที่ในห้องล้าง จะนำเครื่องมือมาคัดแยกจัดเรียงใส่ตะแกรง ใส่ป้ายชื่อห้องผ่าตัดและป้ายชื่อผู้ตรวจนับทุกครั้ง โดยเขียนชื่อบนเทป marking ติดแผ่นเหล็กก่อนการนำเครื่องมือเข้าเครื่องล้าง เมื่อนำออกจากเครื่องล้างพบว่าเทป marking หลุดไม่สามารถทวนสอบชื่อผู้ตรวจรับเครื่องมือในห้องล้างเมื่อเกิดปัญหา และมีโอกาสเข้าไปอุดตันท่อเดรนน้ำของเครื่องล้างได้

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีป้ายชื่อสามารถทวนสอบชื่อผู้ตรวจรับเครื่องมือได้ 100%
2. เพื่อลดความเสี่ยงจากเทป marking เข้าไปอุดตันท่อเดรนน้ำของเครื่องล้างได้ 100%

### ลักษณะโครงการ

1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) : วิเคราะห์ปัญหาเทป marking หลุดไม่สามารถทวนสอบชื่อผู้ตรวจรับเครื่องมือในห้องล้างเมื่อเกิดปัญหาได้ และเสี่ยงเข้าไปอุดตันท่อเดรนเครื่องล้าง
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) : จัดหาอุปกรณ์เพื่อทำป้ายสำหรับเขียนชื่อติดตะแกรงล้าง โดยใช้ตัวทดสอบการล้างที่ใช้งานแล้วนำมาเขียนชื่อผู้ตรวจสอบเครื่องมือห้องผ่าตัดในแต่ละรอบ
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) : พบว่าหลังการใช้ป้ายเขียนชื่อแล้วสามารถทวนสอบชื่อผู้ตรวจรับเครื่องมือในห้องล้างเมื่อเกิดปัญหาได้ทุกครั้งและไม่พบการอุดตันท่อเดรนของเครื่องล้าง
4. จัดทำมาตรฐาน (Act) : ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการทำงานและการนำไปใช้ สรุปผลโครงการ ทบทวนผล เพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป


### ผลการปฏิบัติการ

จากสถิติพบว่าหลังการใช้ป้ายติดตะแกรงเครื่องมือแล้วสามารถทวนสอบชื่อผู้ตรวจรับเครื่องมือในห้องล้างเมื่อเกิดปัญหาได้ทุกครั้งและไม่เกิดการอุดตันท่อเดรนของเครื่องล้าง


### ประโยชน์/การขยายผล

จัดหาป้ายหรืออุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุด

### ภาพก่อนการปรับปรุง



### ภาพหลังการปรับปรุง



### ผลดำเนินการ (ปีงบประมาณ 2565)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ก่อน	หลัง	ผลลัพธ์
มีป้ายชื่อสามารถทวนสอบผู้ตรวจรับเครื่องมือได้ทุกครั้งที่เครื่องมือมีปัญหา	100%	6 ครั้ง	0 ครั้ง	100%
ลดความเสี่ยงที่เทปจาก marking เข้าไปอุดตันท่อเดรนน้ำของเครื่องล้าง	100%	5 ครั้ง	0 ครั้ง	100%

**สรุป :** หลังการใช้ป้ายบ่งชี้แล้วสามารถทวนสอบชื่อผู้ตรวจรับเครื่องมือในห้องล้างเมื่อเกิดปัญหาได้ทุกครั้งและไม่พบการอุดตันท่อเดรนของเครื่องล้าง